

Toruń, 21 czerwca 2018 roku

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa skrzyń mobilnych wraz z wyposażeniem na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!”

W związku z otrzymaniem w dniu 20 czerwca 2018 r. pytań dot. w/w postępowania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, iż udzielił następujących odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

Część 8 Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wagę elektroniczną z kalibracją wewnętrzną z nośnością 6,2kg z dokładnością odczytu 0,1g?

Zamawiający **dopuszcza** wagę elektroniczną z kalibracją wewnętrzną z nośnością 6,2kg z dokładnością odczytu 0,1 g.

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wagę elektroniczną z kalibracją wewnętrzną z nośnością 620 g z dokładnością odczytu 0,01 g?

Zamawiający **dopuszcza** wagę elektroniczną z kalibracją wewnętrzną z nośnością 620 g z dokładnością odczytu 0,01 g?

Część 9 Dostawa urządzeń optycznych

Poz. 3

W ramach odpowiedzi na pytania do części 8 i 9 wymagają Państwo aby zmiana wysokości kondensora w mikroskopie biologicznym odbywała się przez kręcenie pokręteł. Czy dopuszczają Państwo zmianę wysokości kondensora za pomocą uchwytu?

Zamawiający **nie dopuszcza** mikroskopu biologicznego, w którym zmiana wysokości kondensatora następuje za pomocą uchwytu.

Z poważaniem,


Dyrektor
Monika Wiśniewska