

Toruń, 15 października 2018 roku

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!”

W związku z otrzymaniem w dniu 5 października 2018 r. pytań dot. w/w postępowania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, iż udzielił następujących odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

CZEŚĆ 7 DOSTAWA URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH

1. MIKROSKOP BIOLOGICZNY

1.1. Czy Zamawiający wymaga okularu o polu widzenia 16 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga okularu o polu widzenia 16mm.

1.2. Czy Zamawiający wymaga nasadki monokularowej z możliwością obrotu w zakresie 360 stopni, bez konieczności odkręcania pokrętła do luzowania nasadki monokularowej?

Dzięki temu nauczyciel podchodząc do stanowiska pracy ucznia, tylko obraca nasadkę aby sprawdzić co widzi uczeń. Nie musi obracać całego mikroskopu.

Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie mogą też wygodniej pracować na stanowisku, gdy mikroskop jest współdzielony przez dwóch użytkowników na jednej ławce.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga nasadki monokularowej z możliwością obrotu w zakresie 360 stopni, bez konieczności odkręcania pokrętła do luzowania nasadki monokularowej.

1.3. Czy okular musi być zabezpieczony przy pomocy śrubki przed nieuprawnionym wyjęciem z tubusu okularowego?

Odp.: Tak, okular musi być zabezpieczony przy pomocy śrubki przed nieuprawnionym wyjęciem z tubusu okularowego.

1.4. Czy kondensator musi być zabezpieczony przy pomocy śrubki przed nieuprawnionym wyjęciem jego z uchwytu?

Odp.: Tak, kondensator musi być zabezpieczony przy pomocy śrubki przed nieuprawnionym wyjęciem jego z uchwytu.

1.5. Czy pokrętła mikro/makro powinny być współosiowe i występujące po obydwu stronach mikroskopu? Jest to znacznie wygodniejsze i praktyczniejsze rozwiązanie dla użytkownika.

Odp.: Tak, pokrętła mikro/makro powinny być współosiowe i występujące po obydwu stronach mikroskopu.

1.6. Czy pokrętła do przesuwu preparatu powinny być współosiowe i znajdować się pod stolikiem z prawej strony? Jest to znacznie wygodniejsze i praktyczniejsze rozwiązanie dla użytkownika.

Odp.: Tak, pokrętła do przesuwu preparatu powinny być współosiowe i znajdować się pod stolikiem z prawej strony.

1.7. Czy zmiana wysokości kondensora ma odbywać się przez pokręcenie pokrętła znajdującego się z lewej strony mikroskopu pod stolikiem mikroskopowym? Jest to znacznie wygodniejsze i praktyczniejsze rozwiązanie dla użytkownika.

Odp.: Tak, zmiana wysokości kondensora ma odbywać się przez pokręcenie pokrętła znajdującego się z lewej strony mikroskopu pod stolikiem mikroskopowym.

2. MIKROSKOP STEREOSKOPOWY

2.1. Czy Zamawiający wymaga, aby pole widzenia okularów wynosiło 20 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, aby pole widzenia okularów wynosiło 20 mm.

2.3. Czy mikroskop powinien posiadać płytkę do zamocowania na stoliku - z tworzywa dwustronną, z jednej strony białą a z drugiej czarną? Pozwala to na obserwację obiektów o różnym stopniu jasności.

Odp.: Tak, mikroskop powinien posiadać płytkę do zamocowania na stoliku - z tworzywa dwustronną, z jednej strony białą a z drugiej czarną.

2.4. Czy Zamawiający wymaga, aby okulary były zablokowane w tubusie okularowym przy pomocy śrubki przed nieuprawnionym wyjęciem ich z tubusów.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, aby okulary były zablokowane w tubusie okularowym przy pomocy śrubki przed nieuprawnionym wyjęciem ich z tubusów.

2.5. Czy Zamawiający wymaga, aby można było obrócić uchwytem głowicy stereoskopowej wokół osi statywu o 180 stopni?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, aby można było obrócić uchwytem głowicy stereoskopowej wokół osi statywu o 180 stopni.

3. Czy Zamawiający przewiduje przygotowanie druku oświadczenia dot. zgodności przedmiotu zamówienia z Wytycznymi wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 11.07.2014 (Dz.U.2014, poz. 1146 z późn. zm.), o którym mowa w SIWZ- rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4 ustęp 5. Czy druk oświadczenia Wykonawca ma przygotować we własnym zakresie?

Odp. Zamawiający przygotowuje i przekaże druk oświadczenia dot. zgodności przedmiotu zamówienia z Wytycznymi wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 11.07.2014 (Dz.U.2014, poz. 1146 z późn. zm.), o którym mowa w SIWZ Wykonawcy najpóźniej na dwa dni robocze przed planowanym terminem pierwszej dostawy.

4. W załączniku dotyczącym specyfikacji technicznej pojawia się tytuł „Część 9. Dostawa urządzeń optycznych.”. Czy jest to oczywista pomyłka i specyfikacja odnosi się do części 7 niniejszego przetargu?

Odp. Tak, jest to oczywista omyłka. Dostawa urządzeń optycznych stanowi część nr 7 niniejszego postępowania. Zaktualizowany załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego pisma.

5. Zamawiający w części Dostawa urządzeń optycznych podpunkt 1 wymaga dostawy teleskopów wyposażonych m.in. w plecak do transportu teleskopu i statywu.

Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, czy powinien być to plecak dedykowany do dostarczanego teleskopu, usztywniony i wydzielonym miejscem i mocowaniami dla tuby optycznej, statywu oraz akcesoriów w celu właściwego zabezpieczenia całego zestawu przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Odp. Plecak (ewentualnie torba) powinien być dedykowany do zaproponowanego teleskopu, powinny się w nim zmieścić wszystkie elementy teleskopu, łącznie ze statywem. Plecak powinien zapewniać możliwość bezpiecznego przenoszenia i przewożenia wszystkich części, elementów i akcesoriów zaproponowanego teleskopu.

6. W rozdziale nr III pkt 4 SIWZ Zamawiający przedstawił m.in. następujące warunki dostawy:

- Do odbioru ze strony zamawiającego zostaną upoważnieni dyrektorzy szkół lub osoby przez nich wyznaczone, lista osób odpowiedzialnych za odbiór przedmiotu zamówienia zostanie wykonawcy przekazana w terminie 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy z wykonawcą

- terminy dostaw przedmiotu zamówienia zostaną wskazane zamawiającemu nie później niż na 7 dni roboczych przed każdą planowaną dostawą z zastrzeżeniem, że zamawiający ma prawo do zmiany dat dostawy na każdym etapie realizacji umowy jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed planowaną dostawą i nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do danej dostawy

- wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w paragrafie 2 ust. 12 umowy harmonogramu dostaw obejmującego swoim zakresem całość przedmiotu umowy w terminie 14 dni roboczych przed planowaną pierwszą dostawą

Takie warunki uniemożliwiają zrealizowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, a taki termin jest przez Zamawiającego najwyżej oceniany. Wobec tego uprzejmie prosimy o zmianę w/w warunków na następujące:

- Do odbioru ze strony zamawiającego zostaną upoważnieni dyrektorzy szkół lub osoby przez nich wyznaczone, lista osób odpowiedzialnych za odbiór przedmiotu zamówienia zostanie Wykonawcy przekazana w dniu podpisania umowy.

- terminy dostaw przedmiotu zamówienia zostaną wskazane zamawiającemu nie później niż na 3 dni robocze przed każdą planowaną dostawą z zastrzeżeniem, że zamawiający ma prawo do zmiany dat dostawy na każdym etapie realizacji umowy jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed planowaną dostawą i nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do danej dostawy

- wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w paragrafie 2 ust. 12 umowy harmonogramu dostaw obejmującego swoim zakresem całość przedmiotu umowy w terminie 2 dni roboczych przed planowaną pierwszą dostawą

Odp.: Zamawiający zmienia postanowienia załącznika nr 4 do SIWZ tj. wzoru umowy w następującym zakresie:

§ 2 ust. 3 lit. b:

„do odbiorów ze strony zamawiającego zostaną upoważnieni dyrektorzy szkół lub osoby przez nich wyznaczone, lista osób odpowiedzialnych za odbiór przedmiotu zamówienia zostanie wykonawcy przekazana w terminie 5 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy z wykonawcą.”

§ 2 ust. 3 lit. c:

„terminy dostaw przedmiotu zamówienia zostaną wskazane zamawiającemu nie później niż na 4 dni robocze przed każdą planowaną dostawą, z zastrzeżeniem, że zamawiający ma prawo do zmiany dat dostaw na każdym etapie realizacji umowy jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed planowaną dostawą i nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do danej dostawy”

§ 2 ust. 3 lit. d:

„wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 2 ust. 12 umowy harmonogramu dostaw obejmującego swoim zakresem całość przedmiotu umowy w terminie 4 dni roboczych przed planowaną pierwszą dostawą”

Zaktualizowany załącznik stanowi integralną część niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający nadaje nowe brzmienie ust. 4 Rozdziału III:


4. *Warunki dostawy. Zamawiający zastrzega, że dostawy wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia muszą się odbyć na poniższych warunkach:*

- *całość przedmiotu zamówienia w ramach danej części musi zostać dostarczona do danej szkoły w ramach maksymalnie 5 dostaw (tzn. pięciu transportów), zamawiający przewiduje możliwości maksymalnie 5 odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia w ramach jednej części do konkretnej szkoły, co oznacza, że 5 dostawa kończy się podpisaniem końcowego protokołu odbioru.*
- *do odbiorów ze strony zamawiającego zostaną upoważnieni dyrektorzy szkół lub osoby przez nich wyznaczone, lista osób odpowiedzialnych za obiór przedmiotu zamówienia zostanie wykonawcy przekazana w terminie 5 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy z wykonawcą.*
- *terminy dostaw przedmiotu zamówienia zostaną wskazane zamawiającemu nie później niż na 4 dni robocze przed każdą planowaną dostawą, z zastrzeżeniem, że zamawiający ma prawo do zmiany dat dostaw na każdym etapie realizacji umowy jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed planowaną dostawą i nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do danej dostawy;*
- *wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 2 ust. 12 umowy harmonogramu dostaw obejmującego swoim zakresem całość przedmiotu umowy w terminie 4 dni roboczych przed planowaną pierwszą dostawą;*
- *wraz z ostatnią dostawą wykonawca dostarczy oświadczenie, że dostarczony przedmiot zamówienia jest w pełni zgodny z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.); brak takiego oświadczenia ze strony wykonawcy skutkować będzie niemożnością przyjęcia dostawy a tym samym podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego.*

7. Zamawiający prosi o wyjaśnienie zapisów w rozdziale XII, podpunkt 4.

Odp.: Zamawiający wnosi o doprecyzowanie pytania, ponieważ zdanie sformułowane w następujący sposób - „4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT).” - w opinii Zamawiającego jest wystarczająco jasno sformułowane i nie powinno budzić wątpliwości. Oznacza ono, że Zamawiający porównując ceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu w zakresie kryterium cena oferty brutto weźmie pod uwagę cenę brutto wskazaną przez Wykonawców w ofertach.

z poważaniem,


DYREKTOR
Anika Wiśniewska