

Toruń, 9 maja 2014 r.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy  
ul. Władysława Łokietka 5  
87-100 Toruń  
NIP 956-228-60-29

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż wyposażenia pracowni fizycznej i biologicznej dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) informuje, że w dniu 9 maja 2014 roku wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1. **Dotyczy części 2, punkt 2: Mieszadło magnetyczne z grzaniem:** Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z grzaniem posiadające płytę grzejącą ze stopu aluminium oraz o maksymalnej temperaturze płyty do 310°C i stałym obwodzie bezpieczeństwa do 360 °C przy spełnieniu pozostałych parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego?

*Odp. 1. Zamawiający nie dopuści zaproponowanego asortymentu. Oferta powinna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.*

2. **Dotyczy części 2 punkt 11: Autoklaw stołowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoklawu stołowego, w którym komora sterylizacyjna jest jednocześnie zbiornikiem na wodę, przy zachowaniu pozostałych wyspecyfikowanych parametrów?

*Odp. 2. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany asortyment.*

3. **Dotyczy części 2 punkt 17:** Czy Zamawiający dopuści 32 litrową cieplarkę z naturalnym obiegiem powietrza o zakresie temperatur od temp. otoczenia +5°C do +100°C i regulacją elektroniczną?

*Odp. 3. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany asortyment.*

4. **Dotyczy część 3, punkt 1:** Czy Zamawiający dopuści mikroskop stereoskopowy o parametrach jak poniżej:

- Mikroskop stereoskopowy monokularowy
- Powiększenie 20x
- Odległość robocza obiektywu 53 mm
- Okulary szerokokątne WF 10x z zamkiem zabezpieczającym

Zawiera akcesoria:

- Pokrowiec
- Płytki czarno/biała

- Klucz regulacji zacisku

**Odp. 4.** Zamawiający nie dopuści zaproponowanego asortymentu. Oferta powinna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

5. **Dotyczy część 3, punkt 2:** Czy Zamawiający dopuści mikroskop o parametrach jak poniżej:

- Głowica monokularowa, pochylenie 45°, rotacja 360°
- Obiektywy szerokokątne WF 10x / 18 mm
- 4-miejscowy (kwadropolowy) rewolwer obiektywowy
- Obiektywy achromatyczne DIN 4x, 10x, 40x S
- Współosiowe zgrubne i precyzyjne ogniskowanie z regulacją oporu
- z kondensorem Abbego 1.25 N.A. z przesłoną irysową
- Oświetlenie LED 20 mA, 3,5 V, 20mW z regulacją natężenia
- Zasilanie 220V (CE)
- Zabezpieczenie przeciwpyłowe

**Odp. 5.** Zamawiający nie dopuści zaproponowanego asortymentu. Oferta powinna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

6. **Dotyczy części 6, punkt 14;** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga pipet Pasteura 3 mL plastikowych czy szklanych?

**Odp. 6.** Zamawiający wymaga plastikowych pipet Pasteura.

7. **Dotyczy części 6, punkt 18;** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek podstawowych z polem do opisu, krawędzie szlifowane pod kątem 90°, pakowane po 72 sztuki?

**Odp. 7.** Zamawiający dopuści zaoferowany asortyment.

8. **Dotyczy części 6, punkty 34-36:** Prosimy o doprecyzowanie jakiej klasy szkła pipet wymaga Zamawiający?

**Odp. 8.** Zamawiający wymaga, aby pipety były co najmniej Klasy B.

9. **Dotyczy części 6, punkty 42 - 43:** Czy Zamawiający dopuści zlewki polipropylenowe z nadrukowaną podziałką?

**Odp. 9.** Zamawiający nie dopuści zaproponowanego asortymentu. Oferta powinna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

10. Pytanie do części 2 pozycja 17: Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ciepłarki z elektroniczną nastawą temperatury przy zachowaniu pozostałych parametrów? Pragnę podkreślić fakt iż elektroniczny nastawa temperatury zagwarantuję Państwu dokładniejsza nastawę.

**Odp. 10.** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany asortyment.

Z poważaniem,

  
DYREKTOR  
Monika Wiśniewska